

INSTRUMENTO Medidor de Velocidade	LOCAL DE INSTALAÇÃO AV BEIRA RIO EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL B ALTO DA BOA VISTA	CIDADE ITUMBIARA	
MARCAS DE SELAGEM EBG5255026/EBG5255002 EBG5255014/EBG5255038	NÚMERO DA SOLICITAÇÃO	FAIXAS/SENTIDO (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO	
PORTARIA DE APROVAÇÃO 44/2019 Aditivo: 257/2019	MARCA VIZENTEC	MODELO DTV 102	Nº SÉRIE FLICD0311A00695

OBSERVAÇÕES: Verificado em 15/08/2023 conforme portaria 544/2014 sendo **APROVADO**

VALIDADE DA VERIFICAÇÃO: 14/08/2024

A Vizentec é autorizada a emitir esta declaração de conformidade em substituição à verificação inicial, de acordo com a portaria INMETRO/DIMEL N°167, de 25 de maio de 2020.

TÉCNICO EXECUTOR: João Alberto Alves Barbosa



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogerio Gomes Xavier



VIZENTEC S/A
Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CEP: 74.933-570
Telefone: (62) 3946-8012
CNPJ: 19.053.654/0001-01



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

LOCAL DE INSTALAÇÃO AV BEIRA RIO EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL B ALTO DA BOA VISTA				CIDADE ITUMBIARA			VENC. AFERIÇÃO 14/08/2024	
MOTIVO DA AFERIÇÃO (x) INICIAL () PERIÓDICA () EVENTUAL				FAIXAS/SENTIDO (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO			VELOC. MÁX.(Km/h) 40	
PORTARIA DE APROVAÇÃO 44/2019 Aditivo: 257/2019		MARCA VIZENTEC		MODELO DTV 102	Nº SÉRIE FLICD0311A00695		PATRIMÔNIO	
MODELO CONFORME CADERNO DE COMPONENTES: (X)SIM ()NÃO				MODELO CONFORME PORTARIA E ADITIVOS: (X)SIM ()NÃO				

FAIXA 01	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	54,0	52,3		1,7	5	-	-	OK
2	53,0	51,6		1,4	5	-	-	OK
3	56,0	55,2		0,8	5	-	-	OK
4	56,0	55,7		0,3	5	-	-	OK
5	54,0	53,7		0,3	5	-	-	OK
6	56,0	56,0		0,0	5	-	-	OK
7	55,0	53,8		1,2	5	-	-	OK
8	59,0	58,0		1,0	5	-	-	OK
9	58,0	55,2		2,8	5	-	-	OK
10	55,0	54,6		0,4	5	-	-	OK

FAIXA 02	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	61,0	59,6		1,4	5	-	-	OK
2	59,0	57,4		1,6	5	-	-	OK
3	61,0	59,8		1,2	5	-	-	OK
4	62,0	60,3		1,7	5	-	-	OK
5	60,0	57,9		2,1	5	-	-	OK
6	56,0	55,2		0,8	5	-	-	OK
7	59,0	58,0		1,0	5	-	-	OK
8	55,0	54,1		0,9	5	-	-	OK
9	61,0	60,2		0,8	5	-	-	OK
10	57,0	55,7		1,3	5	-	-	OK

FAIXA 03	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

FAIXA 04	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÃO:

CRONOTACÔMETRO: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° R0412/2023 N° Ordem: 231937 N° Série: 015039 calibrado em 10/04/2023.

LACRES: EBG5255026/EBG5255002/EBG5255014/EBG5255038

DATA/AFERIÇÃO:

15/08/2023

ASSINATURA DO TÉCNICO EXECUTOR:

João Alberto Alves Barbosa

VIZENTEC S/A

Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CEP: 74.933-570

Telefone: (62) 3946-8012