

INSTRUMENTO Medidor de Velocidade	LOCAL DE INSTALAÇÃO AV. JOÃO PAULO II A 50 MTS DA RUA JATAÍ - BAIRRO SOCIAL	CIDADE ITUMBIARA	
MARCAS DE SELAGEM EBG5255210/EBG5255087 EBG5255099/EBG5255208	NÚMERO DA SOLICITAÇÃO	FAIXAS/SENTIDO (1) CENTRO/BAIRRO (2) CENTRO/BAIRRO	
PORTARIA DE APROVAÇÃO 44/2019 Aditivo: 257/2019	MARCA VIZENTEC	MODELO DTV 102	Nº SÉRIE FLISD0311A00686

OBSERVAÇÕES: Verificado em 15/08/2023 conforme portaria 544/2014 sendo **APROVADO**

VALIDADE DA VERIFICAÇÃO: 14/08/2024

A Vizentec é autorizada a emitir esta declaração de conformidade em substituição à verificação inicial, de acordo com a portaria INMETRO/DIMEL Nº167, de 25 de maio de 2020.

TÉCNICO EXECUTOR: João Alberto Alves Barbosa



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogerio Gomes Xavier



VIZENTEC S/A

Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CEP: 74.933-570

Telefone: (62) 3946-8012

CNPJ: 19.053.654/0001-01



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

LOCAL DE INSTALAÇÃO AV. JOÃO PAULO II A 50 MTS DA RUA JATAÍ - BAIRRO SOCIAL				CIDADE ITUMBIARA			VENC. AFERIÇÃO 14/08/2024	
MOTIVO DA AFERIÇÃO (x) INICIAL () PERIÓDICA () EVENTUAL				FAIXAS/SENTIDO (1) CENTRO/BAIRRO (2) CENTRO/BAIRRO			VELOC. MÁX.(Km/h) 50	
PORTARIA DE APROVAÇÃO 44/2019 Aditivo: 257/2019		MARCA VIZENTEC		MODELO DTV 102	Nº SÉRIE FLISD0311A00686		PATRIMÔNIO	
MODELO CONFORME CADERNO DE COMPONENTES: (X)SIM ()NÃO				MODELO CONFORME PORTARIA E ADITIVOS: (X)SIM ()NÃO				
FAIXA 01	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	59,0	58,2		0,8	5	-	-	OK
2	61,0	60,4		0,6	5	-	-	OK
3	62,0	61,8		0,2	5	-	-	OK
4	64,0	63,6		0,4	5	-	-	OK
5	63,0	61,8		1,2	5	-	-	OK
6	66,0	65,6		0,4	5	-	-	OK
7	67,0	66,4		0,6	5	-	-	OK
8	65,0	63,9		1,1	5	-	-	OK
9	66,0	65,8		0,2	5	-	-	OK
10	67,0	66,7		0,3	5	-	-	OK

FAIXA 02	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	61,0	60,1		0,9	5	-	-	OK
2	61,0	59,8		1,2	5	-	-	OK
3	58,0	58,1		0,1	5	-	-	OK
4	62,0	61,6		0,4	5	-	-	OK
5	65,0	65,2		0,2	5	-	-	OK
6	66,0	65,7		0,3	5	-	-	OK
7	65,0	64,8		0,2	5	-	-	OK
8	64,0	64,3		0,3	5	-	-	OK
9	65,0	64,1		0,9	5	-	-	OK
10	65,0	65,0		0,0	5	-	-	OK

FAIXA 03	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

FAIXA 04	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÃO:

CRONOTACÔMETRO: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° R0412/2023 N° Ordem: 231937 N° Série: 015039 calibrado em 10/04/2023.

LACRES: EBG5255210/EBG5255087/EBG5255099/EBG5255208

DATA/AFERIÇÃO:

15/08/2023

ASSINATURA DO TÉCNICO EXECUTOR:

João Alberto Alves Barbosa

VIZENTEC S/A

Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CEP: 74.933-570

Telefone: (62) 3946-8012